



**ЗАПИТ НА ПОДАННЯ ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ (RFP)
RFP No. 266 (укр)**

Дата: 12 липня, 2019

Тема: Запрошення взяти участь у тендері на закупівлю медичного обладнання для Смолінської та Компаніївської ОТГ (Кіровоградська обл.) в рамках Програми USAID DOBRE.
--

Від	Кому
Організація Global Communities, виконавець програми міжнародної технічної допомоги «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» USAID DOBRE в Україні, котра фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) (надалі Покупець)	Потенційним постачальникам (далі – Подавачі)

Дата Подання Пропозиції:	Пропозиція Подається до уваги:	Умови Платежу:
Не пізніше 19 липня 2019, 12:00 за місцевим часом	Global Communities Програма міжнародної технічної допомоги «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» USAID DOBRE Адреса: Вул. Ділова 5Б, офіс 510, 5-ий поверх, Київ, Україна Email: dobreprocurement@globalcommunities.org	<u>Відстрочка платежу 30 календарних днів після поставки товару. Якщо це Вас не влаштує, будь-ласка запропонуйте свої умови платежу.</u>



I. ЗАМОВЛЕННЯ

A. Організація Global Communities, запрошує Вас подати цінову пропозицію на закупівлю медичного обладнання для Смолінської та Компаніївської ОТГ (Кіровоградська обл.) відповідно до специфікацій, наведених в Додатках Б1, Б2 (окремими лотами). Подавачі можуть подавати свої пропозиції як на всі лоти, так і на кожен із лотів окремо.

II. ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПОТЕНЦІЙНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА

A. Форма Цінової Пропозиції

Пропозиція, підготовлена Подавачем цінової пропозиції, а також вся кореспонденція та обмін документацією між Подавачем та Покупцем стосовно Цінової пропозиції №266 мають здійснюватися англійською або українською мовами.

Пропозиція має містити такі деталі та підтвердження:

1. Пропозиція повинна бути вчасно надіслана в межах остаточної дати подання пропозиції, на бланку компанії, та підписана уповноваженою особою та включати контактні деталі Подавача.
2. Дотримання технічних специфікацій. Претендент має підтвердити, що всі позиції відповідають або перевищують вимоги даного запиту.
3. Цінова пропозиція має бути чинною не менш, ніж 60 календарних днів, починаючи з дати кінцевого строку подання цінових пропозицій.
4. Ціни мають бути вказані в гривнях (UAH) та у відповідності до Бюджету замовлення.
5. **Ціни мають бути вказані без урахування ПДВ.** Покупець – міжнародна організація, що звільнена від сплати податків на митній території України. Покупець надасть переможцю копію реєстраційної картки Програми, в рамках котрої закуповуються товари, роботи та послуги, і виданої Міністерством Регіонального Розвитку та Торгівлі України, а також копію плану закупівлі, завірену печаткою Програми.
6. **Ціна на кожен лот. Ціна має надаватись загальною сумою включаючи доставку до Смолінської та Компаніївської ОТГ (Кіровоградська обл.).**
7. Право на участь в тендері.

A. Для того, щоб мати право подати пропозицію у відповідь на це оголошення, Подавач повинен відповідати вимогам цього Запит пропозицій.

Б. Покупець дотримується законів та правил щодо санкцій та ембарго США, включаючи Урядову Постанову 13224 щодо Фінансування Тероризму, котрі забороняють транзакції з особами або організаціями, котрі вчиняють або погрожують вчинити терористичні дії або підтримують тероризм. Будь-яка особа або організація, що бере участь в цьому тендері, як первинний претендент або субпідрядник, має засвідчити та надати разом з іншими документами, що така особа або організація не входить до Чорного Списку Іноземних Громадян Відділу Контролю Зарубіжних Активів Держказначейства США (U.S. Department of Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC) Specially Designated Nationals (SDN) і має право на участь в тендері. Покупець повинен дискваліфікувати будь-які пропозиції від осіб або організацій, котрі входять до Чорного Списку або виявляться такими, що не мають право на участь в тендері з інших причин. Компанії та особи, що входять до Системи Виключених Сторін (www.epls.gov) не мають право на отримання коштів та їх послугами неможливо користуватись для придбання товарів та послуг в рамках цього Запиту.



8. Покупець залишає за собою право приймати або відхиляти будь-які цінові пропозиції, а також анулювати, в цілому або частково, або призупиняти процес та відхиляти всі цінові пропозиції в будь-який час до моменту здійснення замовлення на покупку. При цьому **Покупець не несе жодної відповідальності перед задіяним(и) Подавачем або Подавачами або жодного обов'язку щодо інформування задіяного Подавача або Подавачів про причини таких дій Програми.**
9. Будь-які зміни в цей Запит вносяться через Додатки. Копії змін будуть доступні для всіх зацікавлених Подавачів.
10. До будь-якого замовлення на послуги, що буде зроблене в результаті цього Запиту цінової пропозиції, застосовуються Загальні умови Global Communities для угод із закупок товарів та послуг.
11. **Покупець не повинен надсилати повідомлення Подавачам із підтвердженням, що їхні пропозиції були отримані. Покупець не буде надсилати повідомлення Подавачам, пропозиції яких не були відібраними.**

В. Критерії Оцінки

Пропозиції будуть оцінюватись відповідно до нижченаведених пояснень. В першу чергу Покупець проведе оцінку за обов'язковими критеріями для визначення відповідності заявленим вимогам. В процесі проведення такої оцінки, Покупець може шукати інформацію з будь-якого джерела, котре вона вважає за доречне для отримання або підтвердження інформації стосовно пропозиції Подавача.

Надалі зразок критеріїв котрі можуть бути застосовані для оцінювання пропозицій:

1. Дотримання специфікації переліку замовлення	Прийнятно/Не Прийнятно
2. Пропозиція чинна 60 календарних днів	Прийнятно/Не Прийнятно
3. Звільнення від оплати ПДВ	Прийнятно/Не Прийнятно
4. Право на участь в даному тендері	Прийнятно/Не Прийнятно
5. Гарантія не менш ніж 12 місяців	Прийнятно/Не Прийнятно
6. Вартість товару	40 балів
7. Якість пропозиції	15 балів
8. Термін поставки	15 балів
9. Умови оплати - Відстрочка платежу 30 календарних днів після поставки товару	30 балів

С. Питання щодо цього Запиту

Всі запити та уточнення надсилаються у письмовій формі за наведеними вище адресами не пізніше **12:00, 17 липня 2019 р.** Просимо утримуватися від персональних візитів та телефонних дзвінків. Будь-яка інформація, що надається одному Подавачу стосовно цього Запиту, буде загальною доступною всім Подавачам в формі Додатку до цього Запиту.

З повагою,

Global Communities

Програма МТД «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність»

USAID DOBRE



Додаток А "Вимоги цінової пропозиції"

1. Прохання підтвердити наступні обов'язкові вимоги (підкреслити):

Дотримання специфікації переліку замовлення	Прийнятно/Не Прийнятно
Пропозиція чинна 60 календарних днів	Прийнятно/Не Прийнятно
Звільнення від оплати ПДВ	Прийнятно/Не Прийнятно
Право на участь в даному тендері	Прийнятно/Не Прийнятно
Гарантія не менш ніж 12 місяців	Прийнятно/Не Прийнятно
Відстрочка платежу 30 календарних днів після поставки товару	Прийнятно/Не Прийнятно

Якщо це Вас не влаштовує, будь-ласка запропонуйте свої умови платежу.



2. Будь ласка заповніть таблицю із загальною інформацією:



Назва компанії:			
Код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або ППН (для фізичних осіб-підприємців)			
Адреса:	Індекс:	Місто:	Країна:
Поштова скринька та адреса для кореспонденції:			
Номер телефону:			
E-mail:			

Підпис

дата




Додаток Б1: Специфікація. Медичне обладнання для Компаніївської ОТГ.






№.№	Найменування та опис товару	Зображення*	Одиниця виміру	Кількість
1	<p>Стоматологічна установка «Siger U200» або еквівалент. Базова комплектація включає: стоматологічну установку навісну на крісло. Сенсорні (one touch) пульти управління на столику лікаря і асистента. <u>Блок лікаря:</u> трьохфункціональний пістолет лікаря; турбінний шланг Мідвест або еквівалент, без підсвічування. Місце для інструменту з гніздом для нижнього або важелем для верхнього підведення. <u>Блок асистента:</u> трьохфункціональний пістолет асистента. Слюновідсмоктувач ежекторний або Wet line. Пілосос ежекторний або Wet line. <u>Крісло пацієнта:</u> анатомічної форми з безшовної оббивкою. Електромеханічне з функцією пам'яті на 5 положень. Система аварійної зупинки руху крісла. Артикуляційний підголівник для дорослого і дитячого прийому. Система чистої води. Крісло Siger або еквівалент з лівим підлокітником. Ножна педаль управління натискна з джойстиком. Світильник операційний светодиодний (9 000 - 33 000 Lux).</p>	 <p>www.dentpro.com.ua</p>	шт.	1
2	<p>Тумба з полицею «Панок - Соло 450» або еквівалент. Розміри згідно креслення. Колір – білий.</p>		шт.	1

				
<p>3</p>	<p>Світильник безтіньовий «Medilux 4HF» або еквівалент. <u>Технічні характеристики:</u> низька витрата енергії, відсутність магнітного і електричного полів. Регульована висота - кріплення на ланцюжку. Захисне покриття верхньої частини світильника. Інфрачервоний фільтр запобігає тепловому випромінюванню, звільняє від напруги очі, дає інтенсивний безтіньовий денне світло. Матеріал: спресований алюмінієвий профіль. Колір: білий (порошковий лак RAL7047). Освітлення: 5 000 lux / 2,3 м. Колірна температура: 5 500 K RA85. Габаритні розміри, мм: 1570x670x90. Вага, кг: 17. Потужність трубок: 4 x 58W. Напруга: 220V. Ресурс ламп: 16 000 робочих годин.</p>		<p>шт.</p>	<p>1</p>
<p>4</p>	<p>Стерилізатор «ГП-40» або еквівалент. <u>Технічні характеристики:</u> габарити: 730x500x475мм. Об'єм камери: 40л. Живлення: 220В, 50Гц. Потужність не більше ніж 1,9 кВт.</p>		<p>шт.</p>	<p>1</p>

5	<p>Накінечник турбинний «SOCO SCHG 18-TP4» або еквівалент. <u>Технічні характеристики:</u> з'єднання чотирьохканальне. (Midwest, M4). Матеріал корпусу - нержавіюча сталь. Тип затиску – кнопковий. Обробка в автоклаві - автоклавування при 135 ° С. Спрей одинарний – є. Тип борів - FG Ø1,6мм (турбинні). Тип підшипника – сталеві. Призначення - універсальний, ортопедичний. Локальне підсвічування – немає.</p>		шт.	1
6	<p>Накінечник турбинний «AP Led Generator» або еквівалент. <u>Технічні характеристики:</u> тип затиску - кнопковий. З'єднання чотирьохканальна (Midwest, M4 або еквівалент), мультифлекс, швидкоз'ємні (байонет). Локальне підсвічування – є. Автономний з генератором, LED. Призначення - універсальний, ортопедичний. Тип борів FG Ø1,6мм (турбинні). Тип підшипника – керамічні. Обробка в автоклаві - автоклавування при 135 ° С. Матеріал корпусу - нержавіюча сталь. Спрей чотирьохточковий (внутрішній) – є.</p>		шт.	2
7	<p>Накінечник кутовий «AP RA 1:1» або еквівалент. <u>Технічні характеристики:</u> редукція 1:1, пряма передача. Тип затиску – кнопковий. Локальне підсвічування – немає. Призначення - терапевтичні, універсальні. Тип борів - CA / RA Ø2,35мм (кутові). З'єднання - для мікромотора. Тип підшипника – сталеві. Обробка в автоклаві – немає. Матеріал корпусу - нержавіюча сталь. Спрей (зовнішній, внутрішній) – немає.</p>		шт.	1

<p>8</p>	<p>Накінецьник прямиий «НЗТМ-40» або еквівалент. <u>Технічні характеристики:</u> передавальне відношення - пряма передача 1:1. Для НР борів (Ø2,35 мм). Макс. швидкість: 40 000 об / хв. Локальне підсвічування - немає, спрей – немає, обробка в автоклаві – немає. Матеріал корпусу – сталь.</p>	 www.dentpro.com.ua	<p>шт.</p>	<p>1</p>
<p>9</p>	<p>Лампа фото полімерна «Транслюкс Кальцер» або еквівалент. <u>Технічні характеристики:</u> розширений кут поворотного світловода 360° дозволяє отримати кращий доступ до молярних ділянок. Управління однією кнопкою. Світлодіодні індикатори вказують на зміну програми. Матеріал корпусу – пластик. Потужність світлового потоку, мВт / см2: 1000–1500. Джерело світла LED (світлодіоди). Властивості фотополімеризатора - акумулятор (бездротовий).</p>	 www.dentpro.com.ua	<p>шт.</p>	<p>1</p>
<p>10</p>	<p>Компресор безмасляний «Granum-180» або еквівалент. <u>Технічні характеристики:</u> продуктивність - 200 л / хв; обсяг ресивера - 45 л; рівень шуму - 60-70 дБА; потужність - 2x0,8 кВт; робочий тиск - 6-8 Бар; габарити - 48x110x87 см, вага - 75кг.</p>		<p>шт.</p>	<p>1</p>
<p>11</p>	<p>Ультразвукова мийка «CD – 4800» або еквівалент - виробляє ультразвукову очистку ручних інструментів перед процедурою стерилізації, зокрема інструментів, які мають отвори, поглиблення або обертові з'єднання (ножиці, ножиці для кутикули, щипці, кусачки та ін.), пилок, насадок для фрезерів, борів, фрез, голок для татуажу, але тільки вироби з металу. <u>Технічні характеристики:</u> маса бруто: 2,15 кг. Маса нетто: 1,75 кг.</p>	 www.dentpro.com.ua	<p>шт</p>	<p>1</p>

	<p>Внутрішні габарити 170 × 135 × 65 мм. Зовнішні габарити: 230 × 180 × 160 мм. Потужність: 100 Вт (220 В). Електроживлення: АС 220-240В, 50 / 60Гц. Таймер: 5 циклів з цифровим дисплеєм. Об'єм: 1,4л. Матеріал: нержавіюча сталь SUS304. Ультразвукова частота: 42 кГц.</p>			
12	<p>Елеватор прямий - призначений для екстракції коренів однокорневих зубів або роз'єднаних коренів многокоренних зубів верхньої щелепи, а також екстракції зубів, що знаходяться поза зубної дуги та рідше - нижньощелепного великого корінного зуба.</p> <p><u>Технічні характеристики:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина робочої поверхні - 4,2 мм; - грушоподібна ручка; - ручка з виїмкою під палець; - хірургічна нержавіюча сталь; - інструмент автоклавуємий. 		шт.	10
13	<p>Елеватор кутовий (лівий) - призначений для видалення коренів зубів нижньої щелепи та великого корінного зуба. Елеватор хірургічний 720/10 або еквівалент:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кутовий; лівий; - ширина робочої поверхні - 3,0 мм; - грушоподібна ручка; - ручка з виїмкою під палець; - хірургічна нержавіюча сталь; - інструмент автоклавуємий. 		шт.	5
14	<p>Елеватор кутовий (правий) - призначений для видалення коренів зубів нижньої щелепи та великого корінного зуба. Елеватор хірургічний 720/11 або еквівалент:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кутовий; правий; - ширина робочої поверхні - 3,0 мм; - грушоподібна ручка для більш зручного і надійного захвату; - хірургічна нержавіюча сталь; - інструмент автоклавуємий. 		шт.	5


<p>15</p>	<p>Набір елеваторів хірургічних (9 шт.), Medesy 686/SET або еквівалент. <u>У</u> комплектацію набору входить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - елеватор хірургічний 3,0 мм прямий з вигином назад; - елеватор хірургічний 3,6 мм прямий з вигином назад; - елеватор хірургічний 4,2 мм прямий з вигином назад; - елеватор хірургічний 3,0 мм прямий; - елеватор хірургічний 3,0 мм, кутовий лівий; - елеватор хірургічний 3,0 мм, кутовий правий; - елеватор хірургічний 2,2 мм прямий; - елеватор хірургічний 2,2 мм, кутовий лівий; - елеватор хірургічний 2,2 мм, кутовий правий; - хірургічна нержавіюча сталь; - інструмент автоклавуємий. 		<p>шт.</p>	<p>1</p>
<p>16</p>	<p>Щіпці для видалення анатомічні, набір (10 шт.) Dental Product або еквівалент.</p>		<p>шт.</p>	<p>2</p>
<p>17</p>	<p>Ножиці хірургічні, прямі, Slim Line або еквівалент, 115мм.</p>		<p>шт.</p>	<p>10</p>
<p>18</p>	<p>Ванночка для дезінфекції інструментів «Vode», 10л або еквівалент. Конструкція: ванна з кришкою і вставкою-ситом з ПВХ. Колір білий. Кришка: прозора. Корисний об'єм: 10 л, з штриховим маркуванням. Розміри в мм: 390 x 290x 170.</p>		<p>шт.</p>	<p>1</p>
<p>19</p>	<p>Засіб для дезінфекції інструментів і поверхонь «Bacillol AF», 5л. або еквівалент. Готовий розчин для миттєвої дезінфекції поверхонь за 30 секунд, а також медичного, стоматологічного та</p>		<p>шт.</p>	<p>1</p>

	косметологічного інструменту та виробів медичного призначення.			
20	Стільчик лікаря-стоматолога Siger Dentist Chair або еквівалент. Стілець має металеву хромовану підставу, п'ять коліщаток. Повинна регулюватися висота сидіння і нахил спинки. Має бути надійна пневмопружина та безшовна оббивка.	 <p>www.dentipro.com.ua</p>	шт	1










*** увага: зображення надане лише для орієнтації, пропозиції мають включати подібні або схожі конструкції.**

Додаток Б2: Специфікація. Медичне обладнання для Смолінської ОТГ.

№ №	Найменування та опис товару	Зображення*	Одиниця виміру	Кількість
1	<p>Діагностичний аудіометр Audiotes-A1 або еквівалент. <u>Технічні характеристики:</u> Частотний діапазон: 0,125 – 8 кГц (можливо до 16 кГц). Діапазон вихідних рівнів: по повітряній провідності; по кістковій провідності. Стандартний для аудіометрів 1 класу: від -10 до 120 дБ на середніх частотах, від -10 до 80 дБ на середніх частотах. Тип головних телефонів TDH39, HDA200, HDA280 та ін. Тип кісткового вібратора RadioEar B-71 (планується B-81). Тип вихідних сигналів - тональний, тональний пульсівний. Вузкосмуговий трьохконтинентальний шум, ширококонтинентальний шум. Кількість каналів (незалежних) – 2. Мовна аудіометрія, мовні тести записуються або у внутрішню флеш-пам'ять приладу, або зчитуються з зовнішньої SD-карти, накопичувача USB. Тип дисплея - 7", 65К кольорів, роздільна здатність 800x480, сенсорна панель. Розміри: 290x200x77мм. Порти: 4 USB порти, RG45 Ethernet, SD-карта. Регулятори рівнянкодери. Друк результатів. Прямий друк на кольорові струменеві принтери (через підключений комп'ютер). Можливий прямий друк на PCL-сумісні лазерні або струменеві принтери. Вбудовані підсилювачі вільного звукового поля. Високоякісні підсилювачі звукової частоти потужністю 20 Вт RMS. Мовна аудіометрія. Максимальні рівні інтенсивності через головні</p>		шт.	1

	<p>телефони – 110 дБ, ширококутний шум – 105 дБ, по кістковому тракту – 75 дБ. Індикатори вихідного рівня середньоквадратичного значення. Тестові сигнали - тональні сигнали, трель (синусна або трикутна модуляція), пульсові сигнали. Налаштування параметрів через меню. Маскування - вузькокутний третоктавний шум, білий шум. Виходи - 2 незалежні канали. Головні телефони, кістковий вібратор, вільне звукове поле, внутрішньовушні телефони, лінійний вихід. Акустичні перетворювачі-аудиометричні телефони TDH39, HDA280 та ін. Кістковий телефон В71 — стандартна комплектація. Пасивні звукові колонки: 8 Ом - 4 Ом.</p>			
2	<p>Фетальний монітор БІОМЕД BF500 або еквівалент. Режим роботи - імпульсно-хвильовий. Робоча частота датчика (1 МГц ~ 3 МГц) ± 10%. P_п (Негативний піковий звуковий тиск) <1Мпа. I_{об} (Інтенсивність вихідного пучка) <20mW / с м². I_{ср} (Середня Інтенсивність просторового піку)<100mW/с м². Діапазон вимірювання ЧССп 50уд. / Мін ~ 210уд. / мін. Точність вимірювання ЧССп ± 1уд. / мін. Діапазон вимірювання ТОСО 0 ~ 100%. Нелінійна похибка ТОСО ± 8%. швидкість друку 1см / хв., 2 см / хв., 3 см / хв. Класифікація ІЕС60601: Клас I, Тип СФ, Тип ВФ. Дисплей: кольоровий, 12.1-дюйма, 800 × 600. Термобумага: ширина 150мм. Живлення: 100 - 240В ~, 50/60 Гц, 80 ВА. Акумулятор: Li, 14.8 В/ 4400 мА*год. Довжина × ширина × висота: 352× 269.5 × 101мм. Вага: 5кг.</p>		шт.	1

3	<p>Транспортний ШВД А П 6000 А або еквівалент - апарат штучної вентиляції легенів для надзвичайних невідкладних ситуацій. Може використовуватися як в автомобілях швидкої медичної допомоги, так і у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії.</p> <p>Особливості апарату: режими вентиляції IPPV або спонтанна вентиляція; інноваційна система голосових підказок; компактний дизайн і вага всього 0,6 кг; Li-ion акумулятор забезпечує безперервну роботу 10 годин.</p>	 <p style="text-align: center;">lifemedica.com.ua</p>	шт.	1
4	<p>Набір обладнання та інструментів для проктології, BRIGHTFIELD (13 предметів) або еквівалент.</p>	<p>Галогенове джерело світла</p>  <ul style="list-style-type: none"> - Джерело світла - галогенова лампа - Потужність галогенової лампи 250 Вт - Освітлення 1800 000 Лк. - Колірна температура 3200 К <p>Світловод Ø 4 мм, L= 3000 мм</p>  <p>Обтюратор -тубус ректоскопа, Ø 20мм, L= 250 мм</p>  <p>Обтюратор -тубус ректоскопа, Ø 20мм, L= 123 мм</p> 	шт.	1

		<p>Покривне скло</p> 			
		<p>Трубка аспіраційна</p> 			
		<p>Гнучкі біопсійні щипці 7Fr, L= 370 мм</p> 			
		<p>Гнучкі зубчасті захоплюючі щипці 7Fr, L= 370 мм</p> 			
		<p>Гнучкі щипці для видалення чужорідних тіл 7Fr, L= 370 мм</p> 			
		<p>Гнучкі ножиці 7Fr, L= 370 мм</p> 			
		<p>Ватний аплікатор</p> 			
		<p>Відсмоктуючий катетер</p> 			
		<p>Щітка для чищення проктологія</p> 			

*** увага: зображення надане лише для орієнтації, пропозиції мають включати подібні або схожі конструкції.**



**Додаток В1 "Бюджет замовлення".
Закупівля медичного обладнання для Компаніївської ОТГ.**

№	Товар/послуга	К-ть	Термін поставки (робочі дні)	Гарантія (місяців)	Ціна в грн. (UAH), без ПДВ	Всього в грн. (UAH), без ПДВ
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
Всього без ПДВ:						

Додаток В2 "Бюджет замовлення". Закупівля медичного обладнання для Смолінської ОТГ.

№	Товар/послуга	К-ть	Термін поставки (робочі дні)	Гарантія (місяців)	Ціна в грн. (UAH), без ПДВ	Всього в грн. (UAH), без ПДВ
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
Всього без ПДВ:						

Підпис: _____

М.П.

Дата: _____